




AO0572

Sensor -Anschlussleitung Sensor Connecting cable

Câble de raccordement pour un capteur



MIL-C-5015

BNC

Abb.1 : AO0572	Fig.1 : AO0572	Fig. 1 : AO0572
<p>Beschreibung</p> <p>Anschlusskabel für Sensor mit MIL-C-5015 Anschluss, z.B. AS-063, AS-069, AS-073.</p> <p>Vor Gebrauch auch die Betriebsanleitung des Sensors beachten!</p>	<p>Description</p> <p>Connecting cable for sensors with MIL-C-5015 connector, e.g. AS-063, AS-069, AS-073.</p> <p>Read also the manual of the sensor carefully before use!</p>	<p>Description</p> <p>Câble de connexion pour capteur à la norme MIL-C-5015 connecteur, p.e. AS-063, AS-069, AS-073.</p> <p>Lisez également le manuel du capteur avant toute utilisation!</p>
<p>Technische Daten</p> <p>Kabelspezifikation</p> <p>Kabellänge</p> <p>L = 3, 5, 10, 15, 20, 25 m Weitere Kabellängen auf Anfrage.</p> <p>Adernzahl</p> <p>2</p> <p>Leiterwiderstand</p> <p><52 Ω/km</p> <p>Kapazität Ader-Abschirmung</p> <p>245 nF/km typ.</p> <p>Kapazität Ader-Ader</p> <p>135 nF/km typ.</p> <p>Abschirmung (Außenleiter)</p> <p>Doppelt geschirmt</p> <p>Biegeradius</p> <p>Min. 25 mm statisch Min. 50 mm dynamisch</p>	<p>Technical Data</p> <p>Cable specification</p> <p>Cable length</p> <p>L = 3, 5, 10, 15, 20, 25 m Further cable lengths on request.</p> <p>Number of conductors</p> <p>2</p> <p>Conductor resistance</p> <p><52 Ω/km</p> <p>Capacity wire-screen</p> <p>245 nF/km typ.</p> <p>Capacity wire-wire</p> <p>135 nF/km typ.</p> <p>Shield (Outer conductor)</p> <p>Double shielded</p> <p>Bending Radius</p> <p>Min. 25 mm static Min. 50 mm dynamic</p>	<p>Données techniques</p> <p>Spécification du câble</p> <p>Longueur du câble</p> <p>L = 3, 5, 10, 15, 20, 25 m Autres longueurs de câbles sur demande.</p> <p>Nombre de conducteurs</p> <p>2</p> <p>Résistance du conducteur</p> <p><52 Ω/km</p> <p>Capacité wire-blindage</p> <p>245 nF/km typ.</p> <p>Capacité wire-wire</p> <p>135 nF/km typ.</p> <p>Blindage (conducteur extérieur)</p> <p>Double blindage</p> <p>Rayon de courbure</p> <p>Min. 25 mm statique Min. 50 mm dynamique</p>

Mantel	Sheath	Enveloppe
ETFE, schwarz UV-beständig Schwer entflammbar gemäß IEC 60332-1, IEC 60332-3-23 Silikonfrei	ETFE, black UV resistant Flame resistant according to IEC 60332-1 IEC 60332-3-23 Silicone-free	ETFE, noir Résistant aux UV Résistant à la flame conform à IEC 60332-1 IEC 60332-3-23 Sans silicone
Außendurchmesser	Outer diameter	Diamètre extérieur
4,6 ± 0,2 mm	4.6 ± 0.2 mm	4,6 ± 0,2 mm
Temperaturbeständigkeit Kabel	Thermal stability cable	Résistance à la température câble
-40 °C ... + 150 °C	-40 °C ... + 150 °C	-40 °C ... + 150 °C
Temperaturbeständigkeit Stecker	Thermal stability connector	Résistance à la température connecteur
-40 °C ... + 125 °C	-40 °C ... + 125 °C	-40 °C ... + 125 °C

Anschlussplan




Abb. 2: Anschluss
MIL-C 5015 - BNC

Connection diagram




Fig 2: Connection
MIL-C-5015 - BNC

Schéma de connexion




Fig 2: Raccordement
MIL-C-5015 - BNC

Bestellcode

Ordering code

Code de commande

AO0572-S-0030: L = 3,0 m
 AO0572-S-0050: L = 5,0 m
 AO0572-S-0100: L = 10 m
 AO0572-S-0150: L = 15 m
 AO0572-S-0200: L = 20 m
 AO0572-S-0250: L = 25 m

CE-Erklärung	Declaration of conformity	Declaration de conformité
<div data-bbox="242 358 563 430">  Brüel & Kjær Vibro </div> <div data-bbox="304 499 1177 537"> <p>EU-Konformitätserklärung / EU- Declaration of conformity</p> </div> <div data-bbox="304 584 927 618"> <p>Hiermit bescheinigt das Unternehmen / <i>The company</i></p> </div> <div data-bbox="304 642 628 759"> <p>Brüel & Kjær Vibro GmbH Leydheckerstraße 10 D-64293 Darmstadt</p> </div> <div data-bbox="1034 611 1165 703">  </div> <div data-bbox="300 828 1166 864"> <p>die Konformität des Produkts / <i>herewith declares conformity of the product</i></p> </div> <div data-bbox="300 887 1265 922"> <p>Anschlusskabel für Sensoren AS-06x / Connection Cable for Sensors AS-06x</p> </div> <div data-bbox="300 947 462 981"> <p>Typen / <i>Types</i></p> </div> <div data-bbox="300 1005 517 1039"> <p>AO0572, AO0573</p> </div> <div data-bbox="298 1095 1139 1153"> <p>mit folgenden einschlägigen Bestimmungen / <i>with applicable regulations below</i> EU-Richtlinie / <i>EU-directive</i></p> </div> <div data-bbox="298 1178 1173 1243"> <p>2011/65/EU Richtlinie zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten</p> </div> <div data-bbox="298 1267 1177 1332"> <p>2011/65/EU Directive for the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment</p> </div> <div data-bbox="295 1415 1038 1447"> <p>Angewendete harmonisierte Normen / <i>Harmonized standards applied</i></p> </div> <div data-bbox="295 1471 501 1505"> <p>EN 50581 : 2012</p> </div> <div data-bbox="293 1624 622 1684"> <p>Bereich / <i>Division</i> Brüel & Kjær Vibro GmbH</p> </div> <div data-bbox="904 1624 1303 1684"> <p>Unterschrift / <i>Signature</i> CE-Beauftragter / CE-Coordinator</p> </div> <div data-bbox="292 1787 576 1848"> <p>Ort/Place Darmstadt Datum / <i>Date</i> 11.04.2017</p> </div> <div data-bbox="904 1744 1181 1877">  (Niels Karg) </div>		